

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД**

София 1606, бул. “Акад. Иван Гешов “ № 11

тел.: 81 54 210; факс: 952 16 50

ПРОТОКОЛ №2

от16.12.....2015г.

За разглеждане, оценяване и класиране на предложенията в открита процедура за: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД, открита с Решение № 104/03.11.2015г. на Изпълнителния Директор на болницата с Уникален номер в АОП 00870-2015-0014 и публикувана на страницата на Официален вестник на Европейския съюз под № 2015 / S 215-392263 от 06.11.2015г.

Във връзка с констатирани несъответствия с изискванията на Възложителя в документите, представени в Плик №1 в офертата на „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД, на основание Чл.68, ал.8 от ЗОП Комисията публикува в Профила на купувача и изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата с писма, съответно:

- до „МТИ” ООД - изх. № 654 / 04.12.2015г., изпратено по факс
- до „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД - изх. № 653 / 04.12.2015г., изпратено по факс
- до „АКВАХИМ” АД - изх. № 652 / 04.12.2015г., изпратено по факс

В законоустановения срок участникът „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД представи документ, удостоверяващ преминал курс на обучение на сервизния специалист при производителя на предлаганата апаратура.

Комисията реши: Допуска до оценка и класиране и тримата участници и пристъпи към разглеждане на документите, представени в Пликове №2 по съответните обособени позиции. Специалистите в комисията разгледаха подробно техническите параметри на предлаганата апаратура и провериха за изпълнение на изискването на Възложителя за пълно съответствие с изисканите технически характеристики в предмета на поръчката. Въз основа на доклад от д-р Бонева, неразделна част от настоящия Протокол. Комисията реши:

По обособена позиция №1 АНАЛИЗАТОРСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ, предложенията са следните:

1. „МТИ” ООД – марка Leica, модел DM 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – марка Euromex Oxion, модел OX3035, производство на Euromex
3. „АКВАХИМ” АД – марка Zeiss, модел Primo Star HAL, производство на Carl Zeiss Microscopy GmbH

На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради неизпълнено изискване на възложителя за наличие на халогенен осветител, предлага за отстраняване от оценка и класиране участниците:

- „МТИ” ООД с предложен микроскоп марка Leica, модел DM 750, производство на Leica Microsystems
- „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД с предложен микроскоп марка Euromex Oxion, модел OX3035, производство на Euromex.

По обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН LED МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ, предложенията са следните:

1. „МТИ” ООД – марка Leica, модел DM 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ” ООД – марка Euromex Oxion, модел OX3030, производство на Euromex

И двамата участници предлагат апаратура, отговаряща на изискванията на възложителя и се допускат до оценка и класиране.

По обособена позиция №3 ЛАБОРАТОРНИ ЦЕНТРОФУГИ – 2 БРОЯ, единствено предложение на

«МТИ» ООД – марка Hettich, модел Rotofix 32A, производство на Hettich – Германия.

Предлаганата центрофуга изпълнява изискването за съответствие с техническите параметри, поставени от Възложителя и се допуска до класиране.

Съгласно документацията за участие в процедурата, методиката за оценка на офертите е следната:

Оценката се извършва за всяка обособена позиция

- **Цена /Тц/** – цена на предлаганата апаратура – максимална оценка 90 точки, изчислена по формулата:

$$T_{ц} = \frac{C_{\min} \times 90}{C_0}, \quad \text{където}$$

C_{\min} – минимално предложена /от участник в процедурата/ цена на апаратурата

C_0 – предложената цена на оценяваната апаратура

90 – максималния възможен брой точки по критерия

- **Гаранционен срок /Тгс/** – максимална оценка 10 точки, като участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава 10 точки, следващия 5 точки, а всички останали по 1 точка.

Общата оценка /Ткомпл/ на всеки участник се получава като сума от оценките:

$$T_{\text{компл}} = T_{ц} + T_{гс}$$

Икономически най-изгодно предложение е това, получило най-висока комплексна оценка **/Ткомпл./** от максимално възможни 100 точки.

На основание Чл.69а, ал.2, т.3 от ЗОП, Комисията извърши оценка по критерия, различен от цена, а именно – гаранционен срок.

За обособена позиция №1 АНАЛИЗАТОРСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ

I-во място – «АКВАХИМ» АД

За обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН LED МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ

I-во място – «МТИ» ООД с 10 точки /38 месеца/

II-ро място – «ЕЛИТ МЕДИКАЛ» ООД – 5 точки /36 месеца/

За обособена позиция №3 ЛАБОРАТОРНИ ЦЕНТРОФУГИ – 2 БРОЯ

I-во място – «МТИ» ООД

На основание Чл.69а, ал.3 от ЗОП, Комисията публикува настоящия протокол с доклад на д-р Бонева, неразделна част от него на профила на купувача и обявява заседанието за 21.12.2015г. от 10.00 часа в библиотеката на СБАЛДБ проф. Иван Митев ЕАД – бул. Акад. Иван Гешов №11, четвърти етаж.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Илияна Бонева –

ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Анелия Цветанска –

2. Ваня Малинова –

3. Анна Малечкова –

4. Елеонора Стойнова –

**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД**

София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" № 11

тел.: 81 54 210, факс: 952 16 50

ДОКЛАД

от д-р Илиана Бонева - началник цитогенетична лаборатория

В качеството ми на председател на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД, открита с Решение № 104/03.11.2015г. на Изпълнителния Директор на болницата с Уникален номер в АОП 00870-2015-0014 и публикувана на страницата на Официален вестник на Европейския съюз под № 2015 / S 215-392263 от 06.11.2015г., разгледах офертите за доставка на микроскопи.

За обособена позиция №1 АНАЛИЗАТОРСКИ (ЛАБОРАТОРЕН) МИКРОСКОП С ПРЕМИНАВАЩА СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛО ПОЛЕ, предложенията са следните:

1. „МТИ“ ООД – марка Leica, модел DM 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД – марка Euromex Oxion, модел ОХ3035, производство на Euromex
3. „АКВАХИМ“ АД – марка Zeiss, модел Primo Star HAL, производство на Carl Zeiss Microscopy GmbH

Възложителят е поставил условие: До оценка и класиране се допускат оферти, за които е налице пълно съответствие на техническите параметри, описани в предмета на поръчката с тези на апаратурата, предлагана от участниците. В изпълнение на това изискване подробно се запознах с техническите характеристики на трите оферирани микроскопа. В резултат на работата си, констатирах следното:

1. Микроскопът, предложен от „МТИ“ ООД не притежава халогенен осветител /изискване на Възложителя, поставено под номер 4 в описанието на техническите характеристики на исканата апаратура/. Модел DM 750, производство на Leica Microsystems поддържа единствено LED осветление.
2. Микроскопът, предложен от „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД не притежава халогенен осветител /изискване на Възложителя, поставено под номер 4 в описанието на техническите характеристики на исканата апаратура/. Модел ОХ3035, производство на Euromex поддържа единствено LED осветление.
3. Микроскопът, предложен от „АКВАХИМ“ АД отговаря на всички технически параметри, поставени от Възложителя.

В заключение: По обособена позиция №1 единствен участник, предложил оферта, отговаряща на условията на Възложителя е „АКВАХИМ“ АД. Като специалист, използващ микроскопите в ежедневната си работа, обръщам внимание на това, че за качеството на образа и следователно за резултата от изследването от особено значение е качествено и надеждно осветление.

За обособена позиция №2 СВЕТЛИНЕН LED МИКРОСКОП С ФАЗОВ КОНТРАСТ, предложенията са следните:

1. „МТИ“ ООД – марка Leica, модел DM 750, производство на Leica Microsystems
2. „ЕЛИТ МЕДИКАЛ“ ООД – марка Euromex Oxion, модел ОХ3030, производство на Euromex

И двата предложени микроскопа отговарят на поставените от Възложителя технически характеристики.

Председател на комисията, назначена със Заповед № 114 / 30.11.2015г.

/д-р И. Бонева/